# MINI-VITE STORM™

| | Diametro | Lunghezza intraossea | Lunghezza collo | Lunghezza totale | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1.5 mm | 8 mm | 1.5 mm | 12.38 mm | L097 |
|  | 2.0 mm | 10 mm | 1.5 mm | 14.38 mm | L098 |
|  | 2.0 mm | 10 mm | 3 mm | 15.88 mm | L099 |

**Storm™ Surgical kit:**

Box in polipropilene per uso medicale con coperchio estraibile, contenente: cacciavite manuale, 2 connettori per CA (lunghezza 20 mm e 25 mm), 1 fresa Ø 1,1 mm / lunghezza 7 mm, 1 fresa Ø 1,4 mm / lunghezza 8 mm, 2 adattatori (lunghezza 10 mm e 20 mm). Autoclavabile a 134° C

# ACCESSORI STORM™

| | Codice |
|---|---|
| Kit chirurgico | SASKIT |
| Cacciavite manuale | SASKIT-R1 |
| Connettore per CA 20 mm | SASKIT-R2 |
| Connettore per CA 25 mm | SASKIT-R3 |
| Connettore per CA 30 mm* | SASKIT-R7 |
| Fresa Ø 1.1 mm/Lunghezza 7 mm | SASKIT-R4 |
| Fresa Ø 1.4 mm/Lunghezza 8 mm | SASKIT-R5 |
| Adattatore 10 mm | SASKIT-R8 |
| Adattatore 20 mm | SASKIT-R9 |
| Adattatore 30 mm* | SASKIT-R10 |
| Adattatore 50 mm* | SASKIT-R11 |
| Mandrino manuale* | SASKIT-R6 |

* Accessori non inseriti nel kit ma disponibili su richiesta

Cacciavite manuale

Connettore

Fresa

Adattatore

Mandrino manuale

LANCER ORTHODONTICS EST. 1967

**Distributore esclusivo per l'Italia**

KRISTAL IMPLANTOLOGY - ORTHODONTICS

Kristal S.r.l. via Edison, 14 - Trezzano S/Naviglio (MI)
Tel. +39 024453401 - info@kristalsrl.net
www.kristalsrl.net

# STORM™ MINI-SCREW IS A FORCE FOR CHANGE

LANCER ORTHODONTICS EST. 1967

*Temporary Anchorage Devices (TADs)*

# Storm™

## MINI-VITE ORTODONTICA

**La mini-vite Storm™ nasce dalla combinazione della tecnologia Lancer e l'esperienza clinica di un team di ortodontisti specializzati nell'ancoraggio scheletrico. Storm™, facile da inserire e da rimuovere, è la soluzione più semplice ed efficace per le esigenze comuni di ancoraggio intraorale in ortodonzia.**

### SEMPLICE

Storm™ è disponibile in tre misure, la colorazione superficiale ne consente l'identificazione immediata: blu, azzurro e alluminio.
La porzione intraossea, dotata di filetto asimmetrico, riduce l'atraumaticità del dispositivo e migliora la distribuzione degli sforzi nell'area perimplantare. Autofilettante e autoperforante, grazie agli scarichi apicali, permette in molti casi l'inserzione senza l'uso di frese, con evidente vantaggio per il paziente.



Asola misura .022″x.040″



Testa dell'asola Slot .022″x.028″

### SICURA

Durante il ciclo produttivo, la mini-vite Storm™ viene sottoposta ad accurati lavaggi, a decontaminazione in ambiente acido e sterilizzazione a radiazioni ionizzanti. La sterilità del dispositivo riduce i rischi di contaminazione e rende la mini vite Storm™ pronta all'uso in qualsiasi momento.

La filettatura asimmetrica dotata di scarichi apicali fa del dispositivo un ancoraggio stabile ed immediato per il trattamento ortodontico.

L'utilizzo del titanio grado 5 ne assicura la stabilità meccanica e ne consente l'uso su pazienti sensibili al nichel.

### VERSATILE

La versatilità della mini-vite Storm™ è dimostrata dalla presenza di diverse sedi di legatura: l'ancoraggio o il passaggio di ausiliari ortodontici in metallo o elastici può avvenire tramite lo slot sulla testa, nell'asola che replica esattamente la funzione di un tubo ortodontico o infine, tramite un'ulteriore sede di legatura posta tra le due precedenti.

Le tre sedi sono state progettate per essere utilizzate contemporaneamente e senza interferenze.

Le tre misure disponibili consentono di avere un dispositivo appropriato per ogni situazione o esigenza clinica.

La porzione transgengivale della mini-vite Storm™ ha lunghezza variabile per meglio adattarsi allo spessore della mucosa, aumentando ulteriormente la flessibilità di utilizzo.



Storm Mini-screw utilized in the palate with a palatal bar in conjunction with steel ligature wire.



Storm Mini-screw engaged and distalizing the second upper bicuspid.



Storm Mini-screw correctly placed between the first upper molar and the second bicuspid.



Storm Mini-screw used with elastic chain and stainless steel ligature for cuspid retraction in Class 1 malocclusion.